ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 – ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016	Folha: 1	Total de Folhas: 2

RAZÃO SOCIAL/DESIGNAÇÃO DO LABORATÓRIO
EVAGON CALIBRAÇÃO, MANUTENÇÃO E VENDA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA/ EVAGON GESTÃO ANALÍTICA

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO
CRL 1559	INSTALAÇÃO PERMANENTE

ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	**ENSAIOS TÉRMICOS**	
EQUIPAMENTO DE ESTERILIZAÇÃO	Ensaio de Desempenho de processos de esterilização por calor úmido Faixa: 50 ºC a 150 ºC	PO-7.2.1-240 ABNT NBR ISO 17665-1:2010
	Ensaio de Desempenho de processos de esterilização por calor seco Faixa: 50 ºC a 250 ºC	PO-7.2.1-240 ABNT NBR 8165:1995 Estufa esterilizadora de circulação forçada 6 INSPEÇÂO 6.1 A estufa, submetida a verificações, deve satisfazer as condições 6.1.1 a 6.1.5

"Este Escopo cancela e substitui a revisão emitida anteriormente"

Assinado de forma digital por ALDONEY FREIRE COSTA:54879590720 Dados: 2021.06.09 12:59:22 -03'00'

Em, 07/06/2021

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO
CRL 1559	INSTALAÇÃO DE CLIENTE

ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	**ENSAIOS TÉRMICOS**	
EQUIPAMENTO DE ESTERILIZAÇÃO	Ensaio de Desempenho de processos de esterilização por calor úmido Faixa: 50 ºC a 150 ºC	PO-7.2.1-240 ABNT NBR ISO 17665-1:2010
	Ensaio de Desempenho de processos de esterilização por calor seco Faixa: 50 ºC a 250 ºC	PO-7.2.1-240 ABNT NBR 8165:1995 Estufa esterilizadora de circulação forçada 6 INSPEÇÂO 6.1 A estufa, submetida a verificações, deve satisfazer as condições 6.1.1 a 6.1.5